

# 南宁学院采购半自动体外除颤仪项目

## 密封报价公告

一、项目名称：南宁学院采购半自动体外除颤仪项目

二、合格报价人的资格要求

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商；
- 2、具有类似项目经营范围及业绩。

三、采购方式及上控价

- 1、采购方式：密封报价；
- 2、本项目报价为一次性报价；
- 3、本项目上控价为 65740 元，报价超过上控价者均为无效报价；
- 4、供货时间要求：合同签订之日起 7 日内完成供货安装。

四、采购内容及数量

详见附件 1

五、报价文件内容

- 1、报价公司有效的法人营业执照复印件（加盖公章）；
- 2、分项报价一览表（格式见附件 2）；
- 3、报价人认为需提交的其他材料。

六、本项目中标原则

报价者所投报的产品内容要与项目主管部门的要求相一致，按照符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则选定供应商。

七、递交报价文件时间及地点

报名材料密封盖章后在密封袋上注明项目名称、报价人名称、联系人及电话，通过顺丰快递邮寄（不接受同城等其他快递方式邮寄）或现场投递，投递地址：南宁市龙亭路 8 号南宁学院资产管理处行政楼 116 室，截止时间：2023 年 2 月 28 日 17 时 30 分（以送达时间为准），逾期拒收。收件人：王媚；联系方式：0771-5900815

九、发布公告的媒介

本次公告仅在南宁学院官方网站上发布。

南宁学院

2023 年 2 月 23 日

## 附件 1:

序号	名称	品牌	型号	数量	参数
1	半自动体外除颤器	迈瑞	Beneheart S2	2 台	<p>物理参数</p> <p>设备:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 尺寸不大于: 100mm (高) × 210 mm (宽) × 300 mm (长) ±10mm, 且机器自身具备便携把手, 便于携带。</li> <li>2. 重量≤2.6kg (含电极片和电池) 便于公共场所携带使用。</li> <li>3. 提供中英文双语语音提示, 可一键快速切换中英文, 无需重新启动。</li> <li>▲4. 不小于 5 英寸彩屏, 提高对普通施救人员的操作指导、准确施救。</li> <li>5. 屏幕分辨率不低于 780×480 像素, 有清晰的动画指导贴放多功能电极片, 放电, 心肺复苏 (CPR) 等操作, 可以指导普通民众施救人员进行高效施救操作。</li> <li>6. 提供中英文双语语音提示, 可一键快速切换中英文, 无需重新启动。</li> <li>7. 除颤按钮有醒目的闪烁提示。</li> <li>8. 数据存储: 可存储 ECG 波形数据、事件数据、录音数据、急救数据 (须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素)、录音数据等。</li> <li>9. 提供智能语音播报。设备根据急救人员响应速度, 智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片。</li> <li>10. 具有内部自动放电功能, 保证患者和医护人员安全。</li> </ol> <p>耗材:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 电极片有明确贴放位置示意图, 减少施救过程中的出错率提高抢救效率</li> <li>2. 备用状态时电极片须已经提前与机器连接, 节省宝贵的抢救时间</li> </ol> <p>性能参数</p> <p>设备:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 智能环境降噪: 根据环境自动调整屏幕亮度和音量, 适应野外强光环境下和急救现场嘈杂环境下使用。</li> <li>3. 在 CPR 仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示。</li> <li>4. 在待机状态下, 电极片和自动体外除颤仪预先连接, 且电极片可放在机器上, 方便携带和及时救治。</li> <li>5. 除颤采用双相波技术, 除颤波形: 双相指数截断波形 (BTE), 具备自动阻抗补偿功能。</li> <li>6. 能量可递增, 首次除颤没有消除室颤时, 第二次和第三次电击自动使用更高级别能量。以便于非专业医务人员使用。</li> <li>7. 成人最大除颤能量可达 360J。</li> <li>8. 支持成人/小儿模式, 且模式可一键切换。切换后机器根据选择的病人类型自动切换提示信息、除颤能量和 CPR 按压模式。</li> <li>9. 从开机到充电至 200J 能量准备放电的时间≤8.5 秒。</li> <li>10. 抗冲击/跌落性能: 具备优异的抗冲击/跌落性能, 机器六面均可承受≥1.5m 跌落冲击。</li> <li>11. 防水防尘性能: 具备良好的防水防尘性能, 防水防尘级别 IP55。</li> <li>12. 工作温度范围: 满足 -5°C ~ 50°C, 且从室温环境下进入-20°C 环境后, 至少能工作 60 分钟。</li> <li>13. 工作海拔高度 (大气压力) 范围: -381 m ~ +4575 m. (57.0 kPa ~ 106.2 kPa)。</li> <li>14. 工作湿度范围: 满足 5% ~ 90% 非冷凝。</li> <li>15. 具备自检功能: 具备每日、每周、每月、每季度的设备自检和用户手动自检, 可及时判断机器状态是否正常:</li> <li>15.1 自检内容: 主控模块、治疗模块、电源模块的状态;</li> <li>15.2 自检反馈: 根据自检结果, 红灯/绿灯显示设备状态。不开机情况下可提示故障;</li> <li>15.3 内置自检程序, 自动检测电池状况, 不开机可提示电池剩余电量低。</li> <li>16. 数据存储: 可存储 ECG 波形数据、事件数据、录音数据、急救数据 (须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素)、录音数据等。</li> <li>16.1 存储容量: 设备的内部存储容量不小于 1Gb, 可存储不少于 999 份自检报告。</li> <li>16.2 数据导出: 支持 USB 接口, 可通过外部 USB 闪存设备导出抢救记录数据。</li> <li>17. 具备录音功能, 可保存 60 分钟抢救现场录音。便于事件回溯。</li> <li>18 投标产品须为该厂家同类产品最新研发注册上市产品, 以该医疗器械注册证批准日期为准。</li> <li>19. 为保证产品质量稳定性, 投标产品须为上市时间一年以上产品, 以该医疗器械注册证批准日期为准。</li> </ol>

2	配套电极片	迈瑞	MR62	4个	成人儿童一体，自动感应分析 电极片形状：椭圆形
3	壁挂式机箱	徕克美	壁挂柜	1个	尺寸：≥42.5*32*12.5cm 材质：优质冷轧板，PVC可视窗 工艺：外铰链 门锁：不锈钢把手报警器 电池：内置9v干电池（可使用1-2年） 表面处理：静电粉喷工艺，防尘、防锈、防腐
4	AED橱柜（立柜）	徕克美 LikeMed	立柜	1个	样式：立式 材质：优质冷轧板，PVC可视窗 门锁：不锈钢把手 报警器：声光报警器 表面处理：静电粉喷工艺，防尘、防锈、防腐

附件 2:

分项报价一览表

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	合计(元)	是否满足参数要求
1							
2							
	.....						
质保期、交货时间、服务地点、售后服务和维保响应时间：							
报价金额：人民币（大写）： 人民币（小写）：							

注：

- 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，否则其报价作无效标处理。
- 2、密封报价包括项目实施所需的材料费、设备费、人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。
- 3、请把上述的报价材料密封好，并在密封袋上注明报价人名称、联系人及电话。

报价人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系人：

手机号码：

办公室电话：

日期：